



CERTIFICATO DI COLLAUDO

IVA 22% (altrimenti specificare):			
Ordine di acquisto rif.:	2022/219	Del:	27/01/2022
Tipologia di fornitura del bene:	☒ Acquisto ☐ Prova / Visione ☐ Sost. Garanzia ☐ Noleggio ☐ Donazione ☐ Sost. Contratto ☐ Service / Comodato ☐ Sconto merce		
Bolla di riferimento:	DDT 22 01 326304 del 20/04/2022		
Manutenzione preventiva:	Non prevista		

Dati Macchina

Dati Elettrici	
Potenza Assorbita di picco (W)	2200
Potenza Assorbita media (kWh)	500
Potenza termica dissipata (W)	N/A
Classe di sicurezza del dispositivo	Classe I
Alimentazione – Voltaggio (V)	220 V
Alimentazione – Frequenza (Hz)	50 hz
Alimentazione – Tipologia Presa	Schuko (CEE 7)
Collegamento a gruppo elettrogeno/UPS (Specificare):	No
Dati Fisici	
Dimensione (L X P X H cm)	94 x 68 x 61
Peso (kg)	65 Kg
Collegamento Impianti	
Collegamento Gas:	N/A
Collegamento Acqua:	N/A
Caratteristica Acqua di ingresso:	N/A
Collegamento Vapore:	N/A
Collegamento Impianto di Ventilazione:	N/A
Collegamento CO2:	N/A
Scarico:	N/A
Altri Collegamenti:	N/A



CERTIFICATO DI COLLAUDO

Rete	
Collegamento alla rete aziendale (Sì/No):	No
Collegamento a PC (Se Sì inserire numero di inventario del computer):	
Presa di collegamento al Pc:	USB
Sistema Operativo del Pc:	Windows 10
Software:	OMNIC for Dispersive Raman
Versione Software:	9.12.2019
Note	

ESITO COLLAUDO

☒ Collaudo terminato con esito POSITIVO	
☐ Collaudo terminato con esito NEGATIVO con la seguente motivazione:	
☐ Collaudo SOSPESO con la seguente motivazione:	
Data Collaudo:	05/05/2022
Data Formazione:	05/05/2022
Data inizio garanzia:	05/05/2022
Durata della garanzia:	24 mesi

Nominativo Tecnico (Ditta)	Nominativo Operatore Sanitario	Nominativo referente SIC
Draghi Massimo	Giorgio Fedrizzi	Paolo Greco
Firma	Firma	Firma
Riportato sul Documento di Collaudo della Ditta		