

Specifiche tecniche terreni pronto

Requisiti generali:

Il produttore dovrà essere certificato ISO 11133 e ciascun lotto di terreno dovrà essere accompagnato da idoneo certificato di analisi comprovante le valutazioni delle performance come da ISO 11133.

Descrizione dei lotti e specifiche tecniche:

Lotto n.	Descrizione	Formato	Quantità	Validità alla consegna
1	Buffered Peptone Water (BPW) ISO 6887; ISO 11290-2; ISO 6579; ISO 21528-1	Sacche di volume ≥ 3 L	2.740 Litri	Almeno 180 giorni
		Bottiglie da 975 mL	900 pezzi	
		bottiglie da 225mL	22.700 pezzi	
		Disidratato	Per la preparazione di almeno 900 Litri	
2	Brodo Half Fraser ISO 11290	Sacche di volume ≥ 3 L	550 Litri	Almeno 75 giorni
		Bottiglie da 225mL	5.800 pezzi	
		Disidratato	Per la preparazione di almeno 200 Litri	
3	Brodo Fraser completo ISO 11290	bottiglie da 200 ml	750 pezzi	Almeno 60 giorni
		Disidratato	Per la preparazione di almeno 20 Litri	
4	Listeria enrichment broth UVM 1 modified (UVM 1) USDA/FSIS MLG 8	Bottiglie da 225 ml	900 pezzi	Almeno 75 giorni
5	Tryptone Bile BCIG agar (TBX) ISO 16649	Bottiglie da 200 ml	750 pezzi	Almeno 135 giorni
		Piastre da 90 mm	7.000 pezzi	Almeno 60 giorni
6	Kligler Iron Agar ISO 21528-2 ISO/TS 21872-2	Provette da almeno 7 mL (a becco di clarino)	1.700 pezzi	Almeno 60 giorni
7	Cephalothin-sodium fusidate-cetrimide agar (CFC) ISO 13720	Piastre da 90 mm	1.300 pezzi	Almeno 55 giorni
8	Modified charcoal cefoperazone deoxychocolate agar (mCCDA) ISO 10272	Piastre da 90 mm	4.100 pezzi	Almeno 50 giorni
9	Brillant Green Agar (BGA)	Piastre da 90 mm	10.500 pezzi	Almeno 40 giorni
10	Xylose Lysine Deoxycholate Agar (XLD) ISO 19250, ISO 6579	Piastre da 90 mm	14.000 pezzi	Almeno 40 giorni

11	Mueller-Kauffman Tetrathionate-Novobiocin Broth (MKTTn) ISO 19250, ISO 6579	Provette da almeno 10 mL	7.000 pezzi	Almeno 30 giorni
----	--	-----------------------------	-------------	------------------

Controllo conformità dei prodotti

La conformità dell'offerta è subordinata al controllo della qualità e delle performance dei prodotti proposti.

L'offerente, la cui offerta risulterà migliore nella valutazione, fornirà due campione rappresentativi di 2 (due) lotti di terreno pronto all'uso. Nel caso di più formati, dovranno essere forniti un lotto per almeno due formati. Nel caso sia richiesto un singolo formato, dovranno essere forniti due campioni rappresentativi di lotti diversi.

I campioni di lotti inviati per il controllo, dovranno corrispondere a lotti la cui produzione sia avvenuta da almeno il 50 % della validità indicata nelle caratteristiche minime richieste in gara.

A seconda del formato richiesto, il campione rappresentativo sarà costituito da almeno 1 (una) sacca o 3 (tre) bottiglie o 20 (venti) provette o 40 (quaranta) piastre.

Ad esempio:

- Per il terreno BPW dovranno essere forniti: un campione di lotto in formato di 1 sacca ed un lotto in formato 3 bottiglie. Entrambi prodotti da almeno 90 giorni alla data di consegna.
- Per il terreno CFC dovranno essere forniti due campioni di 2 lotti nel formato 40 piastre ciascuno prodotti da almeno 15 giorni alla data di consegna.

Ciascun lotto dovrà essere accompagnato da:

1. Scheda tecnica indicante composizione e caratteristiche.
2. Certificato di analisi comprovante l'esito favorevole ai controlli eseguiti dall'offerente in conformità alla norma ISO 11133.

I campioni conferiti nell'ambito della valutazione di conformità sono forniti a titolo gratuito dall'offerente.

Accettazione dei prodotti

Ciascun campione sarà sottoposto al controllo qualità e valutazione delle performance dall'appaltante secondo quanto previsto dalla norma ISO 11133.

L'offerta sarà valutata conforme qualora i campioni rispondono favorevolmente alle seguenti verifiche:

- 1) le caratteristiche dei prodotti richiesti corrispondano a quanto previsto dagli standard di riferimento;
- 2) il certificato di accompagnamento sia conforme alla ISO 11133;
- 3) le prove svolte dall'appaltante confermano la rispondenza ai criteri di accettabilità previsti dalla norma ISO 11133 per il prodotto.

Diversamente i prodotti saranno valutati come non conformi.