



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA**
(ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO)

Sede Legale: Via Bianchi, 9 – 25124 Brescia
Tel 03022901 – Fax 0302425251 – Email info@izsler.it
C.F. - P.IVA 00284840170
N. REA CCIAA di Brescia 88834

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER LA FORNITURA
DI UNO SPETTROMETRO DI MASSA MALDI TOF DA DESTINARE ALLA SEDE
TERRITORIALE DI LODI**

VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

In Brescia, il giorno 18/12/2024, alle ore 09:00, in seduta riservata, in videoconferenza, si è riunita la Commissione Giudicatrice della procedura di gara in oggetto, nominata con Decreto del Direttore Generale n. 291 del 23/10/2024 nelle persone dei signori:

- dott.ssa Chiara Francesca Magistrali, in qualità di Presidente;
- dott.ssa Roberta Taddei, in qualità di componente;
- Ing. Paolo Greco, in qualità di componente;

assistiti dal sottoscritto, Stefano Facchinetti, referente della procedura, con funzioni di segretario verbalizzante.

Si rileva preliminarmente che in data 27/10/2024 si sono tenute la seduta pubblica di apertura della documentazione tecnica (Prot. n. 25858 del 03/12/2024) e la prima seduta riservata della commissione giudicatrice (Prot. n. 25860 del 03/12/2024). Durante la seduta riservata la Commissione, dopo aver attribuito i punteggi provvisori alle offerte presentate dalle ditte offerenti, si è riservata di inviare tramite la piattaforma Sintel delle richieste di chiarimento agli o.e. partecipanti, riservandosi di attribuire i punteggi definitivi solamente una volta ricevuti i riscontri ai chiarimenti richiesti. In data 27/11/2024 il referente della procedura, Dott. Stefano Facchinetti, ha provveduto ad inviare tramite le comunicazioni Sintel nn. 192772597 e 192772405 le seguenti richieste di chiarimento:

Bruker Italia Srl

“La presente per richiedere i seguenti chiarimenti tecnici:

- si chiede di specificare se la calibrazione risulta essere necessaria per singola run o risulti essere facoltativa a discrezione dell'utilizzatore;*

- si chiede dettaglio sul protocollo di utilizzo dei QC richiesti per l'esecuzione dell'analisi e frequenza utilizzo.*

La risposta dovrà pervenire entro e non oltre il 04/12/2024.

Cordiali saluti”.

D.I.D. Diagnostic International Distribution Spa

“La presente per richiedere i seguenti chiarimenti tecnici:

- si chiede dettaglio sulla metodica di tipizzazione delle specie *Listeria spp.*, *Mycobacterium chimarae/intracellulare* (deve essere inclusa lista delle specie discriminate mediante la libreria) con bibliografia a supporto e test di validazione a sostegno;*

- si chiede elenco delle specie incluse nella libreria;*

- si chiede di specificare se la calibrazione risulta essere necessaria per singola run o risulti essere facoltativa a discrezione dell'utilizzatore;

- si chiede dettaglio sul protocollo di utilizzo dei QC richiesti per l'esecuzione dell'analisi e frequenza utilizzo;

- si chiede dettaglio delle operazioni effettuate dalla strumentazione offerta durante la funzione "autotuning".

La risposta dovrà pervenire entro e non oltre il 04/12/2024.

Cordiali saluti".

Rispettivamente con comunicazione Sintel nn. 193229941 del 02/12/2024 e 193331331 del 04/12/2024 gli o.e. Bruker Italia Srl e D.I.D. Diagnostic International Distribution Spa hanno dato riscontro alle richieste di chiarimenti inviate.

In data 05/12/2024 è stata inviata un'ulteriore richiesta di chiarimento alla ditta D.I.D. Diagnostic International Distribution Spa (comunicazione Sintel n. 193419619) con il seguente testo:

"Si chiede di specificare il materiale utilizzato per le due tipologie di piastre monouso e pluriuso, in quanto, dalle dichiarazioni condivise, sembra essere indicata l'esistenza esclusivamente della tipologia di piastra pluriuso. Si chiede altresì di indicare i codici prodotto relativi alla piastra monouso e multiuso.

Il riscontro alla presente comunicazione andrà inviato entro e non oltre lunedì 9 dicembre 2024, ore 16.

Cordiali saluti".

Con comunicazione Sintel n. 193491682 del 06/12/2024 l'o.e. ha dato riscontro alla richiesta di chiarimento fornendo le necessarie informazioni.

La Commissione, preso atto delle risposte fornite dalle ditte partecipanti, riprende i propri lavori al fine di assegnare agli o.e. i punteggi definitivi alle offerte tecniche presentate.

Si precisa che, come previsto dagli atti di gara, all'offerta qualitativa verranno assegnati fino ad un massimo di punti 70/100, mentre all'offerta economica verranno assegnati fino ad un massimo di punti 30/100. Nel caso in cui un'offerta tecnica non dovesse ottenere almeno un punteggio pari o superiore a 40, la stessa sarà ritenuta NON IDONEA e non sarà ammessa alla successiva fase di apertura delle offerte economiche (il raggiungimento della soglia dovrà essere verificato prima di ogni riparametrazione).

Valutati tutti gli elementi in esame, la Commissione attribuisce i seguenti punteggi all'offerta tecnica della ditta D.I.D. Diagnostic International Distribution SpA:

	Criterio	Valutazione	Punt.
1	Possibilità di utilizzo sia di piastre monouso sia di piastre pluriuso (per piastre pluriuso si intende piastre riutilizzabili per almeno 100 volte). In caso di presenza sia di piastre monouso sia di piastre pluriuso, dovrà essere aggiunto in fornitura almeno una confezione di 200 piastre monouso.	Sì -> 10 punti No -> 0 punti	10
2	Liberia che consenta l'identificazione automatica di organismi di biosecurity level 3 (BSL-3), tra cui devono essere compresi tutte le seguenti specie: - Bacillus anthracis; - Brucella melitensis; - Francisella tularensis;	Sì -> 5 punti No -> 0 punti	5

3	Numero di microorganismi contenuti nella libreria	>=5000 specie-> 5 punti >=4000 & <5000 specie -> 2 punti <4000 specie -> 0 punti	5
4	Sistema validato da Organizzazione internazionale di certificazione secondo iso 16140-6:2019 per la conferma di: a) Cronobacter spp. b) Salmonella spp. c) Campylobacter. d) Listeria spp.	Sì -> 10 punti No -> 0 punti	0
5	Sistemi di identificazione dedicati per differenziazione con tecnologia MALDI del genere Mycobacterium, con libreria comprendente almeno 120 specie, tra le quali tutte le seguenti: - M. avium - M. bovis - M. marinum - M. microti - M. caprae Dovrà essere fornita opportuna documentazione riportante le modalità tecniche per l'identificazione (procedura o manuale d'uso)	Sì -> 3 punti No -> 0 punti	3
6	Metodo combinato per la rilevazione real time senza intervento dell'operatore con tecnologia MALDI per differenziazione specie Listeria spp., Mycobacterium chimarae/intracellulare.	Sì -> 5 punti No -> 0 punti	0
7	Metodo combinato per la rilevazione real time senza intervento dell'operatore con tecnologia Maldi per l'identificazione di specifici marker di resistenza (es.E.coli produttori di carbapenemasi o di stafilococchi resistenti alla meticillina).	Sì -> 5 punti No -> 0 punti	0
8	Sistemi di identificazione dedicati per differenziazione con tecnologia MALDI dei funghi filamentosi (con libreria comprendente almeno 120 specie). Dovrà essere fornita opportuna documentazione riportante le modalità tecniche per l'identificazione (procedura o manuale d'uso).	Sì -> 4 punti No -> 0 punti	4
9	Localizzazione del centro di assistenza tecnica più vicino.	Lombardia -> 2 punti Regioni adiacenti -> 1,5 punti Italia -> 1 punti Europa -> 0,5 punti	2
10	Caratteristiche del sistema di calibrazione, Quality Control, autotuning. Dettagliare procedura di preparazione su piastre e protocolli di verifica.	Max 5 punti	(il punteggio verrà assegnato a seguito di ulteriore chiarimento)

11	Disponibilità di strumentazione dedicate per la standardizzazione delle condizioni ambientali del processo di cristallizzazione della matrice.	Sì -> 5 punti No -> 0 punti	5
12	Tempo di identificazione del singolo campione dopo l'inserimento delle piastre.	<= 5 min -> 6 punti <= 10 min & > 5 min -> 3 punti <= 20 min & > 10 min -> 0 punti	6
13	Aggiornamento gratuito delle librerie con cadenza almeno annuale.	Sì: 5 punti NO: 0 punti	0
TOTALE PROVVISORIO			40

Valutati tutti gli elementi in esame, la Commissione prosegue le operazioni attribuendo i seguenti punteggi all'offerta tecnica della ditta Bruker Italia Srl.

	Criterio	Valutazione	Punt.
1	Possibilità di utilizzo sia di piastre monouso sia di piastre pluriuso (per piastre pluriuso si intende piastre riutilizzabili per almeno 100 volte). In caso di presenza sia di piastre monouso sia di piastre pluriuso, dovrà essere aggiunto in fornitura almeno una confezione di 200 piastre monouso.	Sì -> 10 punti No -> 0 punti	10
2	Liberia che consenta l'identificazione automatica di organismi di biosecurity level 3 (BSL-3), tra cui devono essere compresi tutte le seguenti specie: - Bacillus anthracis; - Brucella melitensis; - Francisella tularensis;	Sì -> 5 punti No -> 0 punti	5
3	Numero di microorganismi contenuti nella libreria	>=5000 specie-> 5 punti >=4000 & <5000 specie -> 2 punti <4000 specie -> 0 punti	2
4	Sistema validato da Organizzazione internazionale di certificazione secondo iso 16140-6:2019 per la conferma di: a) Cronobacter spp. b) Salmonella spp. c) Campylobacter. d) Listeria spp.	Sì -> 10 punti No -> 0 punti	10

5	Sistemi di identificazione dedicati per differenziazione con tecnologia MALDI del genere <i>Mycobacterium</i>, con libreria comprendente almeno 120 specie, tra le quali tutte le seguenti: - <i>M. avium</i> - <i>M. bovis</i> - <i>M. marinum</i> - <i>M. microti</i> - <i>M. caprae</i> Dovrà essere fornita opportuna documentazione riportante le modalità tecniche per l'identificazione (procedura o manuale d'uso)	Sì -> 3 punti No -> 0 punti	3
6	Metodo combinato per la rilevazione real time senza intervento dell'operatore con tecnologia MALDI per differenziazione specie <i>Listeria spp.</i>, <i>Mycobacterium chimarae/intracellulare</i>.	Sì -> 5 punti No -> 0 punti	5
7	Metodo combinato per la rilevazione real time senza intervento dell'operatore con tecnologia Maldi per l'identificazione di specifici marker di resistenza (es. <i>E. coli</i> produttori di carbapenemasi o di stafilococchi resistenti alla meticillina).	Sì -> 5 punti No -> 0 punti	5
8	Sistemi di identificazione dedicati per differenziazione con tecnologia MALDI dei funghi filamentosi (con libreria comprendente almeno 120 specie). Dovrà essere fornita opportuna documentazione riportante le modalità tecniche per l'identificazione (procedura o manuale d'uso).	Sì -> 4 punti No -> 0 punti	4
9	Localizzazione del centro di assistenza tecnica più vicino.	Lombardia -> 2 punti Regioni adiacenti -> 1,5 punti Italia -> 1 punto Europa -> 0,5 punti	2
10	Caratteristiche del sistema di calibrazione, Quality Control, autotuning. Dettagliare procedura di preparazione su piastre e protocolli di verifica.	Max 5 punti	5
11	Disponibilità di strumentazione dedicate per la standardizzazione delle condizioni ambientali del processo di cristallizzazione della matrice.	Sì -> 5 punti No -> 0 punti	5
12	Tempo di identificazione del singolo campione dopo l'inserimento delle piastre.	<= 5 min -> 6 punti <= 10 min & > 5 min -> 3 punti <= 20 min & > 10 min -> 0 punti	6

13	Aggiornamento gratuito delle librerie con cadenza almeno annuale.	SI: 5 punti NO: 0 punti	0
		TOTALE PROVVISORIO	62

La Commissione si riserva di inviare tramite la piattaforma un'ulteriore richiesta di chiarimento alla ditta D.I.D. Diagnostic International Distribution SpA. I punteggi definitivi verranno pertanto assegnati in una seduta successiva solamente una volta ricevuto riscontro al chiarimento richiesto.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta riservata alle ore 10:05.

Il Presente verbale è redatto su 6 (sei) pagine.

Per la Commissione Giudicatrice

Il Presidente: dott.ssa Chiara Francesca Magistrali

Il Componente: dott.ssa Roberta Taddei

Il Componente: Ing. Paolo Greco

Il segretario verbalizzante: Stefano Facchinetti