



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA**
(ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO)

Sede Legale: Via Bianchi, 9 – 25124 Brescia
Tel 03022901 – Fax 0302425251 – Email info@izsler.it
C.F. - P.IVA 00284840170
N. REA CCIAA di Brescia 88834

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER LA FORNITURA
DI UNO SPETTROMETRO DI MASSA MALDI TOF DA DESTINARE ALLA SEDE
TERRITORIALE DI LODI**

VERBALE DELLA TERZA SEDUTA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

In Brescia, il giorno 10/01/2024, alle ore 08:30, in seduta riservata, in videoconferenza, si è riunita la Commissione Giudicatrice della procedura di gara in oggetto, nominata con Decreto del Direttore Generale n. 291 del 23/10/2024 nelle persone dei signori:

- dott.ssa Chiara Francesca Magistrali, in qualità di Presidente;
- dott.ssa Roberta Taddei, in qualità di componente;
- Ing. Paolo Greco, in qualità di componente;

assistiti dal sottoscritto, Stefano Facchinetti, referente della procedura, con funzioni di segretario verbalizzante.

Si rileva preliminarmente che in data 27/10/2024 si sono tenute la seduta pubblica di apertura della documentazione tecnica (Prot. n. 25858 del 03/12/2024), la prima seduta riservata della commissione giudicatrice (Prot. n. 25860 del 03/12/2024) e la seconda seduta riservata della commissione giudicatrice (Prot. n. 151 del 07/01/2025). Durante la seconda seduta riservata la Commissione, dopo aver attribuito i punteggi provvisori alle offerte presentate dalle ditte offerenti, si è riservata di inviare tramite la piattaforma Sintel un'ulteriore richiesta di chiarimento alla ditta D.I.D. Diagnostic International Distribution SpA, riservandosi di attribuire i punteggi definitivi solamente una volta ricevuto il riscontro al chiarimento richiesto. In data 18/12/2024 il referente della procedura, Dott. Stefano Facchinetti, ha provveduto ad inviare tramite la comunicazione Sintel nn. 194321502 la seguente richiesta di chiarimento:

D.I.D. Diagnostic International Distribution Spa

“In merito alla calibrazione dello strumento, si chiede se sia necessario l'impiego di reagenti o di kit e, in caso affermativo, dettagliare la tipologia, le specifiche tecniche, il metodo di conservazione e le modalità di uso”.

Con comunicazione Sintel n. 194359405 del 18/12/2024 l'o.e. D.I.D. Diagnostic International Distribution Spa ha dato riscontro alla richiesta di chiarimento inviata.

A seguito della pubblicazione sulla piattaforma Sintel del secondo verbale della seduta della commissione giudicatrice in data 07/01/2025, la ditta D.I.D. Diagnostic International Distribution Spa, con le comunicazioni nn. 195083368 del 08/01/2025 e 195172757 del 09/01/2025, ha richiesto la revisione del punteggio attribuito al punto n. 10 per il seguente motivo “(...) il DATABASE è fornito sia in versione Cloud che in locale. Tutti gli aggiornamenti sono immediatamente disponibili nella versione CLOUD, mentre il DATABASE fornito in locale deve essere aggiornato manualmente dall'operatore durante l'intervento di manutenzione”.

La Commissione, preso atto delle comunicazioni fornite dalla D.I.D. Diagnostic International Distribution SpA, riprende i propri lavori al fine di assegnare agli o.e. i punteggi definitivi alle offerte tecniche presentate.

Si ribadisce che, come previsto dagli atti di gara, all'offerta qualitativa verranno assegnati fino ad un massimo di punti 70/100, mentre all'offerta economica verranno assegnati fino ad un massimo di punti 30/100. Nel caso in cui un'offerta tecnica non dovesse ottenere almeno un punteggio pari o superiore a 40, la stessa sarà ritenuta NON IDONEA e non sarà ammessa alla successiva fase di apertura delle offerte economiche (il raggiungimento della soglia dovrà essere verificato prima di ogni riparametrazione).

Valutati tutti gli elementi in esame, la Commissione attribuisce i seguenti punteggi all'offerta tecnica della ditta D.I.D. Diagnostic International Distribution SpA:

	Criterio	Valutazione	Punt.
1	Possibilità di utilizzo sia di piastre monouso sia di piastre pluriuso (per piastre pluriuso si intende piastre riutilizzabili per almeno 100 volte). In caso di presenza sia di piastre monouso sia di piastre pluriuso, dovrà essere aggiunto in fornitura almeno una confezione di 200 piastre monouso.	Sì -> 10 punti No -> 0 punti	10
2	Libreria che consenta l'identificazione automatica di organismi di biosecurity level 3 (BSL-3), tra cui devono essere compresi tutte le seguenti specie: - Bacillus anthracis; - Brucella melitensis; - Francisella tularensis;	Sì -> 5 punti No -> 0 punti	5
3	Numero di microorganismi contenuti nella libreria	>=5000 specie-> 5 punti >=4000 & <5000 specie -> 2 punti <4000 specie -> 0 punti	5
4	Sistema validato da Organizzazione internazionale di certificazione secondo iso 16140-6:2019 per la conferma di: a) Cronobacter spp. b) Salmonella spp. c) Campylobacter. d) Listeria spp.	Sì -> 10 punti No -> 0 punti	0
5	Sistemi di identificazione dedicati per differenziazione con tecnologia MALDI del genere Mycobacterium, con libreria comprendente almeno 120 specie, tra le quali tutte le seguenti: - M. avium - M. bovis - M. marinum - M. microti - M. caprae Dovrà essere fornita opportuna documentazione riportante le modalità tecniche per l'identificazione (procedura o manuale d'uso)	Sì -> 3 punti No -> 0 punti	3

6	Metodo combinato per la rilevazione real time senza intervento dell'operatore con tecnologia MALDI per differenziazione specie <i>Listeria</i> spp., <i>Mycobacterium chimarae</i> /intracellulare.	Sì -> 5 punti No -> 0 punti	0
7	Metodo combinato per la rilevazione real time senza intervento dell'operatore con tecnologia Maldi per l'identificazione di specifici marker di resistenza (es. <i>E. coli</i> produttori di carbapenemasi o di stafilococchi resistenti alla meticillina).	Sì -> 5 punti No -> 0 punti	0
8	Sistemi di identificazione dedicati per differenziazione con tecnologia MALDI dei funghi filamentosi (con libreria comprendente almeno 120 specie). Dovrà essere fornita opportuna documentazione riportante le modalità tecniche per l'identificazione (procedura o manuale d'uso).	Sì -> 4 punti No -> 0 punti	4
9	Localizzazione del centro di assistenza tecnica più vicino.	Lombardia -> 2 punti Regioni adiacenti -> 1,5 punti Italia -> 1 punto Europa -> 0,5 punti	2
10	Caratteristiche del sistema di calibrazione, Quality Control, autotuning. Dettagliare procedura di preparazione su piastre e protocolli di verifica.	Max 5 punti	3
11	Disponibilità di strumentazione dedicate per la standardizzazione delle condizioni ambientali del processo di cristallizzazione della matrice.	Sì -> 5 punti No -> 0 punti	5
12	Tempo di identificazione del singolo campione dopo l'inserimento delle piastre.	<= 5 min -> 6 punti <= 10 min & > 5 min -> 3 punti <= 20 min & > 10 min -> 0 punti	6
13	Aggiornamento gratuito delle librerie con cadenza almeno annuale.	Sì: 5 punti NO: 0 punti	5
		TOTALE PROVVISORIO	48

Valutati tutti gli elementi in esame, la Commissione conferma i seguenti punteggi attribuiti all'offerta tecnica della ditta Bruker Italia Srl.

	Criterio	Valutazione	Punt.
1	Possibilità di utilizzo sia di piastre monouso sia di piastre pluriuso (per piastre pluriuso si intende piastre riutilizzabili per almeno 100 volte). In caso di presenza sia di piastre monouso sia di piastre pluriuso, dovrà essere aggiunto in fornitura almeno una confezione di 200 piastre monouso.	Sì -> 10 punti No -> 0 punti	10

2	Liberia che consenta l'identificazione automatica di organismi di biosecurity level 3 (BSL-3), tra cui devono essere compresi tutte le seguenti specie: - Bacillus anthracis; - Brucella melitensis; - Francisella tularensis;	Sì -> 5 punti No -> 0 punti	5
3	Numero di microorganismi contenuti nella libreria	>=5000 specie-> 5 punti >=4000 & <5000 specie -> 2 punti <4000 specie -> 0 punti	2
4	Sistema validato da Organizzazione internazionale di certificazione secondo iso 16140-6:2019 per la conferma di: a) Cronobacter spp. b) Salmonella spp. c) Campylobacter. d) Listeria spp.	Sì -> 10 punti No -> 0 punti	10
5	Sistemi di identificazione dedicati per differenziazione con tecnologia MALDI del genere Mycobacterium, con libreria comprendente almeno 120 specie, tra le quali tutte le seguenti: - M. avium - M. bovis - M. marinum - M. microti - M. caprae Dovrà essere fornita opportuna documentazione riportante le modalità tecniche per l'identificazione (procedura o manuale d'uso)	Sì -> 3 punti No -> 0 punti	3
6	Metodo combinato per la rilevazione real time senza intervento dell'operatore con tecnologia MALDI per differenziazione specie Listeria spp., Mycobacterium chimarae/intracellulare.	Sì -> 5 punti No -> 0 punti	5
7	Metodo combinato per la rilevazione real time senza intervento dell'operatore con tecnologia Maldi per l'identificazione di specifici marker di resistenza (es.E.coli produttori di carbapenemasi o di stafilococchi resistenti alla meticillina).	Sì -> 5 punti No -> 0 punti	5
8	Sistemi di identificazione dedicati per differenziazione con tecnologia MALDI dei funghi filamentosi (con libreria comprendente almeno 120 specie). Dovrà essere fornita opportuna documentazione riportante le modalità tecniche per l'identificazione (procedura o manuale d'uso).	Sì -> 4 punti No -> 0 punti	4

9	Localizzazione del centro di assistenza tecnica più vicino.	Lombardia -> 2 punti Regioni adiacenti -> 1,5 punti Italia -> 1 punto Europa -> 0,5 punti	2
10	Caratteristiche del sistema di calibrazione, Quality Control, autotuning. Dettagliare procedura di preparazione su piastre e protocolli di verifica.	Max 5 punti	5
11	Disponibilità di strumentazione dedicate per la standardizzazione delle condizioni ambientali del processo di cristallizzazione della matrice.	Sì -> 5 punti No -> 0 punti	5
12	Tempo di identificazione del singolo campione dopo l'inserimento delle piastre.	<= 5 min -> 6 punti <= 10 min & > 5 min -> 3 punti <= 20 min & > 10 min -> 0 punti	6
13	Aggiornamento gratuito delle librerie con cadenza almeno annuale.	Sì: 5 punti NO: 0 punti	0
		TOTALE PROVVISORIO	62

Ricordato che, e che, ai sensi dell'art. 3 del Disciplinare di gara, all'offerta tecnica che ha ottenuto il punteggio maggiore devono essere attribuiti 70 punti, mentre alle altre offerte i punteggi devono essere assegnati proporzionalmente come segue:

	70 x punteggio assegnato
Punteggio ditta considerata =	-----
	miglior punteggio assegnato

la Commissione procede a riparametrare i punteggi ottenendo i seguenti punteggi:

Bruker Italia Srl – Punti 70,00

D.I.D. Diagnostic International Distribution SpA – Punti 54,19

Il Presidente dichiara chiusa la seduta riservata alle ore 08:45.

Il Presente verbale è redatto su 5 (cinque) pagine.

Per la Commissione Giudicatrice

Il Presidente: dott.ssa Chiara Francesca Magistrali

Il Componente: dott.ssa Roberta Taddei

Il Componente: Ing. Paolo Greco

Il segretario verbalizzante: Stefano Facchinetti