



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA**

"BRUNO UBERTINI"

(ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO)

Sede Legale: Via Bianchi, 9 – 25124 Brescia
Tel 03022901 – Fax 0302425251 – E-mail info@izsler.it
C.F. - P.IVA 00284840170
N. REA CCIAA di Brescia 88834

Brescia, 16.06.2025

U.O. Provveditorato Economato e Vendite

Uff. Gare e contratti per l'acquisto di beni e servizi

Tel. 030 / 2290.631

Fax 030 / 2290.272

E-mail: acquisti@izsler.it

PEC: acquisti@cert.izsler.it

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA FINALIZZATA ALLA
CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI KIT ELISA**

AFLATOSSINA M1

Fascicolo 245/2025

VERBALE DEFINITIVO DEI CHIARIMENTI

Chiarimento n. 1

"Buongiorno, il numero di test previsto in 48 mesi di 80.460 è da intendersi come numero di test sperimentali o come numero di campioni da analizzare? In quest'ultimo caso chiediamo gentilmente di indicarci quanti replicati per ogni campione effettuate. Grazie. Cordiali saluti."

Risposta

*"Buongiorno,
il numero di test indicato fa riferimento al numero di campioni da analizzare (1 determinazione=1 campione). Le repliche per campione vengono effettuate solo in caso di positività, ma costituiscono un numero non significativo rispetto al totale.
Cordiali saluti."*

Chiarimento n. 2

"Spettabile istituto, nel capitolato tecnico non si richiede la possibilità di integrare il kit su sistemi robotici inclusa la validazione completa del kit sul sistema automatizzato, tuttavia si chiede se questa possibilità possa essere di interesse per il vostro laboratorio, fermo restando che il kit può essere usato anche manualmente. Grazie. Cordiali saluti."

U.O. Provveditorato Economato e Vendite
Uff. Gare e contratti per l'acquisto di beni e servizi
RUP: Dott. Marco Pio Olivieri
Referente: Dott. Stefano Facchinetti
Tel. 030.2290.631
Fax 030.2290.272
E-mail: acquisti@izsler.it
PEC: acquisti@cert.izsler.it

Risposta

*“Buongiorno,
presso l’Istituto non sono al momento in uso sistemi robotizzati e, pertanto, ai fini della
procedura, la possibilità di integrare il kit su sistemi robotici e la relativa validazione non avrà
alcuna rilevanza.
Cordiali saluti.”*