



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA
(ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO)**

Sede Legale: Via Bianchi, 9 – 25124 Brescia
Tel 03022901 – Fax 0302425251 – E-mail info@izsler.it
C.F. - P.IVA 00284840170
N. REA CCIAA di Brescia 88834

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA FINALIZZATA ALLA
CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA BIENNALE DI VETTERIA DA
LABORATORIO
FASC. 224/2024**

VERBALE DELLE VALUTAZIONI SULL'IDONEITA' TECNICA DEI PRODOTTI OFFERTI

Brescia, 25 novembre 2025

Il RUP della procedura in oggetto, dott. Marco Pio Olivieri, assistito dalla sottoscritta dott. ssa Andreina Sommese, collaboratore amministrativo professionale, in servizio presso l'Unità Operativa Provveditorato, Economato e Vendite, in qualità di segretario verbalizzante, prende atto delle valutazioni tecniche effettuate dagli esperti in relazione alla idoneità dei prodotti offerti, come da documentazione conservata agli atti del fascicolo.

In particolare, si riassumono nell'allegato che segue i giudizi sintetici per lotto.

Il RUP: dott. Marco Pio Olivieri

Il segretario verbalizzante: dott.ssa Andreina Sommese

LOTTO 1 “BECKER/CILINDRI” - CIG: B72D7A6D21

1° miglior offerente: LABOINDUSTRIA – NON IDONEO

per le motivazioni di seguito riportate

Posizione/descrizione prodotto	MOTIVAZIONE NON IDONEITA'
Pos.4- codice 69644 - BECKER VETRO BOROSILICATO 2000mL	Offerto a forma bassa. Richiesto a forma alta
Pos.7 – codice 69648 - BECKER VETRO BOROSILICATO 600mL	Offerto a forma bassa. Richiesto a forma alta
Pos.8 – codice 69649 - BECKER VETRO BOROSILICATO 1000ml	Offerto a forma bassa. Richiesto a forma alta
Pos.33 – codice 69743 - MATRACCIO TARATO IN VETRO 1ML-BASE TRAP CL.A GRADAZIONE BLU INDELEBILE TOLLERANZA 0,025+ML, H60mm GIUNTO NS7/16	Tolleranza offerta: 0.25. Tolleranza richiesta: 0,025 ml
Pos.42 – codice MLVECHI1010900 - IMBUTO SEPARATORE 100 ML VETRO CON RUBINETTO TEFLON (diametro del foro rubinetto in teflon non inferiore ai 4 mm), VETRO DURAN CON TAPPO POLIPROPILENE, CONO NS 29/32	Codice prodotto offerto non corrisponde a quanto richiesto. Proposto il codice 32848 che è lo stesso codice della posizione 27 (IMBUTO SEPARATORE DA 2000ML)

2° miglior offerente: VWR INTERNATIONAL – NON IDONEO

Posizione/descrizione prodotto	MOTIVAZIONE NON IDONEITA'
Pos.4- codice 69644 - BECKER VETRO BOROSILICATO 2000mL	Offerto a forma bassa. Richiesto a forma alta
Pos.7 – codice 69648 - BECKER VETRO BOROSILICATO 600mL	Offerto a forma bassa. Richiesto a forma alta
Pos.8 – codice 69649 - BECKER VETRO BOROSILICATO 1000ml	Offerto a forma bassa. Richiesto a forma alta
Pos.29 - codice 69732 - IMBUTO VETRO Ø 100mm PER POLVERE	Manca la scheda tecnica
Pos.33 – codice 69743 - MATRACCIO TARATO IN VETRO 1ML-BASE TRAP CL.A GRADAZIONE BLU INDELEBILE TOLLERANZA 0,025+ML, H60mm GIUNTO NS7/16	Manca scheda tecnica. Proposti matracci da 5 ml e superiori
Pos.34 – codice 69746 -MATRACCIO 10ML CL A- VETR DURAN CHIARO-SCRIT INDEL IN VETRO DURAN CHIARO CLASSE A GRADAZIONE BLU INDELEBILE IN VETRO DURAN CHIARO CLASSE	Manca scheda tecnica. Proposti matracci da 5 ml 20ml

<p>A) CONO NS 10/19 CON TAPPO IN POLIPROPILENE, FORMA TONDEGGIANTE FONDO PIATTO. SERIGRAFIA INDELEBILE RESISTENTE A LAVAGGI AGGRESSIVI INDICAZIONI DEL VOLUME NOMINALE- UNITA' DI MISURA- TOLLERANZA. CLASSE A) TEMPERATURA DI RIFERIMENTO.PRODUTTORE. SIMBOLO DELLA CERTIFICAZIONE E MARCHIO CERTIFICAZIONE</p>	
--	--

3° miglior offerente: ARTIGLASS – NON IDONEO

Posizione/descrizione prodotto	MOTIVAZIONE NON IDONEITA'
<p>Pos.4- codice 69644 - BECKER VETRO BOROSILICATO 2000mL</p>	<p>Offerto a forma bassa. Richiesto a forma alta</p>
<p>Pos.7 – codice 69648 - BECKER VETRO BOROSILICATO 600mL</p>	<p>Offerto a forma bassa. Richiesto a forma alta</p>
<p>Pos.8 – codice 69649 - BECKER VETRO BOROSILICATO 1000ml</p>	<p>Offerto a forma bassa. Richiesto a forma alta</p>
<p>Pos.37 – codice69867 - PALLONE VETRO DURAN 500mL FONDO PIATTO CONO SMERIGLIATO 29/32</p>	<p>Manca scheda tecnica</p>
<p>Pos.38 – codice 69878 - BACCHETTA VETRO PIENO 30cm Ø 5mm</p>	<p>Manca scheda tecnica</p>
<p>Pos.42 – codice MLVECHI1010900 - IMBUTO SEPARATORE 100 ML VETRO CON RUBINETTO TEFLON (diametro del foro rubinetto in teflon non inferiore ai 4 mm), VETRO DURAN CON TAPPO POLIPROPILENE, CONO NS 29/32</p>	<p>Proposto cono da 19/6</p>

4° miglior offerente: INCOFAR – IDONEO

LOTTO 2 “FLACONI VETRO” - CIG: B72D7A7DF4

1° miglior offerente: ARTIGLASS – IDONEO

LOTTO 3 “PROVETTE E VASETTI” - CIG: B72D7A8EC7

1° miglior offerente VWR – NON IDONEO

per le motivazioni di seguito riportate

Posizione/descrizione prodotto	MOTIVAZIONE NON IDONEITA'
Pos.4 – codice 69793 - PROVETTA VETRO LATTE 16X160MM	Offerto confezionamento inferiore rispetto a quello richiesto nella scheda tecnica.
Pos.21 – codice 84697 - BOTTIGLIA VETRO DURAN AMBRATO DA 500ml + TAPPO A VITE	Offerto in vetro borosilicato. Richiesto in Duran
Pos.22 – codice 84698 - BOTTIGLIA VETRO DURAN AMBRATO DA 1000ml + TAPPO A VITE	Offerto in vetro borosilicato. Richiesto in Duran
Pos.27 – codice 79431- BOTTIGLIA VETRO DURAN TRASPARENTE150mL GL45 + TAPPO VITE PPN	Offerto in vetro borosilicato. Richiesto in Duran

2° miglior offerente: ARTIGLASS – NON IDONEO

Posizione/descrizione prodotto	MOTIVAZIONE NON IDONEITA'
Pos.4 - codice 69793 - PROVETTA VETRO LATTE 16X160MM	Offerto confezionamento inferiore rispetto a quello richiesto nella scheda tecnica.
Pos.13 – codice 69822 - VETRINO PORTAOGGETTO 26X76MM	Offerto a banda sabbata. Richiesto trasparente.

3° miglior offerente: INCOFAR – IDONEO