



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA
(ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO)**

**IZSLER IZS_loer RGP
PROT. N.5563 DEL 13/03/2026
5.2.1.0.0/687/2025 – AGD 907**

Sede Legale: Via Bianchi, 9 – 25124 Brescia
Tel 03022901 – Fax 0302425251 – E-mail info@izsler.it
C.F. - P.IVA 00284840170
N. REA CCIAA di Brescia 88834

**PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER LA FORNITURA DI KIT PCR REAL-
TIME PESTE SUINA AFRICANA
FASC. 687/2025**

VERBALE DELLE VALUTAZIONI SULL'IDONEITA' TECNICA DEI PRODOTTI OFFERTI

Brescia, 13 marzo 2026

Il RUP della procedura in oggetto, dott. Stefano Facchinetti, assistito dal sottoscritto dott. Paolo Lacagnina, collaboratore amministrativo professionale, in servizio presso l'Unità Operativa Provveditorato, Economato e Vendite, in qualità di segretario verbalizzante, e dalla sig.ra Laura Galletti, assistente amministrativo, in servizio presso l'Unità Operativa Provveditorato, Economato e Vendite, in qualità di testimone, prende atto delle valutazioni tecniche effettuate dagli esperti in relazione alla idoneità dei prodotti offerti, come da documentazione conservata agli atti del fascicolo.

In particolare, si riassumono nell'allegato che segue i giudizi sintetici.

Il RUP: dott. Stefano Facchinetti

Testimone: sig.ra Laura Galletti

Il segretario verbalizzante: dott. Paolo Lacagnina

ALLEGATO CON GIUDIZI SINTETICI PER LOTTO

CIG	1° MIGLIOR OFFERENTE / GIUDIZIO	2° MIGLIOR OFFERENTE / GIUDIZIO	3° MIGLIOR OFFERENTE / GIUDIZIO	4° MIGLIOR OFFERENTE / GIUDIZIO
B83EF9A3BC	<p>ALPHA IVD SPA NON IDONEO Il kit non è in grado di garantire le prestazioni richieste in termini di sensibilità, tempi di risposta e robustezza del metodo</p>	<p>ELITechGroup NON IDONEO Il kit non garantisce prestazioni adeguate rispetto alle condizioni operative richieste e presenta difformità procedurali rispetto alla documentazione tecnica ufficiale del prodotto</p>	<p>IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL NON IDONEO Il kit proposto non risulta conforme ai requisiti minimi previsti dalla scheda tecnica di gara in quanto kit non presenta tutti i reagenti pronti all'uso e alla concentrazione di utilizzo e contiene solamente un controllo interno (richiesti 2)</p>	<p>INNOVATIVE DIAGNOSTICS SARL IDONEO</p>

