

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE  
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA****"BRUNO UBERTINI"**

(ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO)

Sede Legale: Via Bianchi, 9 – 25124 Brescia  
Tel 03022901 – Fax 0302425251 – E-mail info@izsler.it  
C.F. - P.IVA 00284840170  
N. REA CCIAA di Brescia 88834

Brescia, 21.10.2025

**U.O. Provveditorato Economato e Vendite****Uff. Gare e contratti per l'acquisto di beni e servizi**

Tel. 030 / 2290.631

Fax 030 / 2290.272

E-mail: [acquisti@izsler.it](mailto:acquisti@izsler.it)PEC: [acquisti@cert.izsler.it](mailto:acquisti@cert.izsler.it)**PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA FINALIZZATA ALLA  
CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE  
ECONOMICO PER LOTTO, PER LA FORNITURA DI KIT SIEROLOGICI, VIROLOGICI E  
PER DIAGNOSTICA VETERINARIA****Fascicolo 549/2024****VERBALE DEFINITIVO DEI CHIARIMENTI****Chiarimento n. 1**

*“Spett. IZS Lombardia Emilia-Romagna,*

*Riguardo al lotto 7: kit Elisa Mycoplasma Hyopneumoniae la scheda tecnica indica il kit Elisa indiretto.*

*Vi chiedo di poter offrire il kit competitivo, infatti quest'ultima versione del kit è equivalente al precedente in quanto è in grado di rilevare gli anticorpi presenti nel siero e nel plasma di suino attraverso uno specifico anticorpo monoclonale (mAb) diretto contro un epitopo conservato della proteina P65. Inoltre abbiamo rilevato che è altamente specifico.”*

**Risposta**

*“Buongiorno,*

*si segnala che la scheda relativa al prodotto Kit Elisa Mycoplasma Hyopneumoniae è errata. Si chiede di offrire il kit competitivo.*

*La scheda verrà sostituita il prima possibile.*

*Cordiali saluti.”*

U.O. Provveditorato Economato e Vendite  
Uff. Gare e contratti per l'acquisto di beni e servizi  
RUP: Dott. Marco Pio Olivieri  
Referente: Dott. Stefano Facchinetti  
Tel. 030.2290.631  
Fax 030.2290.272  
E-mail: [acquisti@izsler.it](mailto:acquisti@izsler.it)  
PEC: [acquisti@cert.izsler.it](mailto:acquisti@cert.izsler.it)

## **Chiarimento n. 2**

*“Spett. IZS Lombardia Emilia-Romagna.*

*Riguardo al lotto 10: Kit Elisa anticorpi Brucella.*

*La scheda tecnica indica Kit Elisa competitiva.*

*Vi chiedo di poter offrire il kit indiretto multispecie in quanto è in grado di rilevare anticorpi nei confronti di B. abortus, B. Melitensis, B. suis in specie bovina, ovina caprina, suina e mammiferi selvatici allo stesso modo come nel kit competitivo. Grazie per la risposta”*

### **Risposta**

*“Buongiorno,*

*si chiede specificamente un kit Elisa competitiva.*

*Cordiali saluti.”*

## **Chiarimento n. 3**

*“Gentilissimi*

*vorremmo sapere se serve la Certificazione CE dei Kit richiesti per poter partecipare.*

*Grazie in anticipo”*

### **Risposta**

*“Buongiorno,*

*la certificazione CE è obbligatoria solamente per i kit per i quali è presente una apposita normativa europea. I kit devono comunque rispettare il Regolamento UE 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti.*

*Pertanto, l'obbligatorietà verrà verificata prodotto per prodotto in sede di valutazione tecnica.*

*Cordiali saluti.”*